

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

① 清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

放射性セシウム
1品中
10Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	田村市	R4.3.8	ナチュラルミネラルウォーター	清涼飲料水	検出せず(<0.55)	検出せず(<0.92)	検出せず

食品衛生法におけるミネラルウォーター類の基準値を適用:セシウム:10Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

② 一般食品

放射性セシウム
21品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	伊達市	R4.2.18	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<3.1)	3.71	3.7
2	伊達市	R4.2.18	乾燥菊芋	乾燥野菜	検出せず(<9.6)	15.3	15
3	伊達市	R4.2.18	ドライフルーツ(りんご)	乾燥果実	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
4	伊達市	R4.2.18	ドライフルーツ(キウイ)	乾燥果実	検出せず(<10)	94.8	95
5	伊達市	R4.2.18	ドライフルーツ(いちじく)	乾燥果実	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
6	二本松市	R4.2.22	ハッシュョウマメ粉末	その他	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.3)	検出せず
7	二本松市	R4.2.22	ハッシュョウマメ茶	野菜茶	検出せず(<2.3)	検出せず(<2.6)	検出せず

8	二本松市	R4.2.22	黒にんにく	その他	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.4)	検出せず
9	二本松市	R4.3.3	凍みもち	もち類	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.5)	検出せず
10	二本松市	R4.3.3	凍み大根	乾燥野菜	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.9)	検出せず
11	二本松市	R4.3.3	凍み大根	乾燥野菜	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.1)	検出せず
12	大玉村	R4.3.3	乾燥唐辛子	乾燥野菜	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.7)	検出せず
13	西郷村	R4.3.8	豆もち	もち類	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
14	白河市	R4.3.8	きゅうり塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<7.9)	検出せず(<5.7)	検出せず
15	鮫川村	R4.3.8	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<3.8)	検出せず(<2.6)	検出せず
16	棚倉町	R4.3.8	凍みもち(ごぼう葉(オヤマボクチ)入り)	もち類	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.9)	検出せず
17	棚倉町	R4.3.8	凍みもち(ごぼう葉(オヤマボクチ)入り)	もち類	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
18	棚倉町	R4.3.8	凍みもち(ごぼう葉(オヤマボクチ)入り)	もち類	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
19	棚倉町	R4.3.8	凍みもち(ごぼう葉(オヤマボクチ)入り)	もち類	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
20	棚倉町	R4.3.8	きゅうり塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
21	白河市	R4.3.8	グミ菓子	菓子類	検出せず(<5.9)	検出せず(<5.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。