

入札公告

条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の6第1項及び福島県病院局財務規程（平成16年病院局管理規程第5号。以下「財務規程」という。）第189条第1項の規定により公告する。

令和6年1月15日

福島県ふくしま医療センターこころの杜院長 橋高 一

1 入札に付する事項

- (1) 買入れをする物品等の名称及び数量
モニタリングシステム 一式
- (2) 買入れをする物品の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
- (3) 納入期限 令和6年3月29日（金）
- (4) 納入場所 福島県立ふくしま医療センターこころの杜

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。

- (1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
- (2) 福島県の物品購入（修繕）競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。
- (3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていない者であること。
- (4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有すること。
- (5) 当該物品に係る迅速な保守及び修理の体制が整備されていること。

3 入札に参加する者に必要な資格の確認

入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を郵送（期限必着）又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。

- (1) 提出期限 令和6年1月22日（月）午後5時00分まで
- (2) 提出場所 郵便番号 969-0284 福島県西白河郡矢吹町滝八幡100
福島県立ふくしま医療センターこころの杜事務部
電話番号 0248-42-3111

4 契約条項を示す場所等

- (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間

ア 場所 3に掲げる場所に同じ。

なお、入札説明書の交付は上記で行うほか福島県立ふくしま医療センター

こころの杜ホームページにおいて公開する。

イ 期間 令和6年1月15日（月）～令和6年1月26日（金）

(2) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和6年1月29日（月）午前10時00分

イ 場所 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 1階 集団療法室

5 入札保証金及び契約保証金

入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。

6 入札者に要求される事項

この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

7 入札の無効

2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。

8 その他

(1) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 落札者の決定の方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(3) 契約書作成の要否

要

(4) その他

詳細は、入札説明書による。

(5) 本公告に関する問い合わせ先

福島県立ふくしま医療センターこころの杜事務部

電話番号 0248-42-3111

ファクシミリ 0248-44-2551

電子メール kokoronomori@pref.fukushima.lg.jp

入札説明書

この入札説明書は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）、福島県病院局財務規程（平成16年病院局管理規程第5号。以下「財務規程」という。）及び本件物品調達契約に係る条件付一般競争入札（以下「入札」という。）の公告等の規定に基づき、福島県が発注する物品調達契約に関し、本件入札に参加を希望する者（以下「入札者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。

- 1 発注者（契約権者） 福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橋高 一
- 2 入札に付する事項
公告に示すとおり。
なお、買入れをする物品の仕様等については、別紙仕様書のとおり。
- 3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
公告に示すとおり。
なお、参加資格制限を受けている者は、調達契約に係る物品の全部又は主要な一部の下請け（物品購入契約にあっては仕入先又は卸し先。以下、「仕入先等」という。）となることは認められていない。応札製品について該当が無いことを確認のこと。
- 4 入札に参加する者に必要な資格の確認
 - (1) 入札に参加を希望する者は、上記3に掲げる必要な資格の確認を受けるため、条件付一般競争入札参加資格確認申請書（第3号様式。以下「確認申請書」という。）に次の書類等を添付し、下記5の(1)に示す場所に提出し、当該資格の確認申請をすること。
 - ア 納入期限までに必ず納品する旨の確約書（参考様式1）
※申請者の実印により証明を行うこと。
 - イ 納入しようとする物品の構成及び定価に関する資料（参考様式2）
 - ウ アフターケア及びメンテナンス体制に関する調書（任意様式）
- 5 入札書の提出期限等
 - (1) 確認申請書の提出期限及び提出場所
令和6年1月22日（月） 午後5時00分
福島県立ふくしま医療センターこころの杜事務部
なお、申請書類は郵送を可とする。
 - (2) 入札書及びその添付書類の提出日時及び提出場所
令和6年1月29日（月） 午前10時00分
福島県立ふくしま医療センターこころの杜 1階 集団療法室
なお、郵送による入札は、不可とする。

(3) 開札の日時及び場所

令和6年1月29日（月） 午前10時00分

福島県立ふくしま医療センターこころの杜 1階 集団療法室

6 入札書の提出方法

- (1) 入札書は、指定の入札書（第6号様式）に必要とする事項を記載し、指定日時及び場所へ提出すること。
- (2) 入札書には、次の書類を添付しなければならない。
 - ア 条件付一般競争入札参加資格確認通知書（県からの通知）の写し
 - イ 委任状（第7号様式） 代理人が出席し、入札する場合
- (3) 入札書には、次の事項が記載されていなければならない。
 - ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 - イ 入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）をすること。
 - ウ 代理人をして入札（入札後の随意契約に移行した場合も同様とする。）する場合の入札書には、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名のほかに当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。

7 入札保証金

財務規程第192条第1項第5号の規定により入札保証金を免除する。ただし、落札者決定の通知を受けた後、契約締結しない場合には、入札金額の100分の3に相当する額を納めなければならない。

8 入札方法及び開札等

- (1) 開札は、上記5で指定する日時及び場所で行う。
- (2) 開札に先立ち、入札者は上記6の(2)で指定する書類確認を受けるものとする。
- (3) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
- (4) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付すことができるものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入札については棄権したものとする。
- (5) 再度入札に付しても、なお落札者が決定しない場合、1回に限り再度入札に付すことができるものとする。

9 入札参加者に要求される事項

- (1) 入札者は、入札書及び添付書類を期限まで提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において提出した書類に関し、福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
- (2) 入札書の提出前に、必ずホームページにて、質問回答の有無を確認すること。

10 入札心得

- (1) 入札者は、仕様書等、契約の方法及び入札の条件等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、入札説明書等に関する質問書（第1号様式）により福島県立ふくしま医療センターこころの杜事務部（電話 0248-42-3111、ファクシミリ 0248-44-2551）に令和6年1月19日（金）までに説明を求めることができる。
県は、福島県立ふくしま医療センターこころの杜ホームページに掲載する方法により回答する。
- (2) 入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とするが、都合のあるときは、この限りではない。
- (3) 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
- (4) 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理をすることができない。
- (5) 入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。
 - ア 契約の履行に当たり故意に物品の品質に関して不正の行為をした者
 - イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合（談合）した者
 - ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 - エ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
 - オ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- (6) 開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。
ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
- (7) 開札時刻後において、入札者又はその代理人は、開札場所に入場できない。
- (8) 入札者又はその代理人は、入札書を一度提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換又は撤回をすることができない。

11 入札の取り止め等

入札者が連合（談合）し、又は不正の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

12 入札の無効

次の各号の一に該当する入札は無効とする。

- (1) 上記3の入札参加資格のない者の提出した入札
- (2) この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札
- (3) 委任状を持参しない代理人のした入札
- (4) 同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
- (5) 記名、押印を欠く入札
- (6) 金額を訂正した入札
- (7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
- (8) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
- (9) 明らかに連合(談合)によると認められる入札

13 落札者の決定方法

- (1) 財務規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

ただし、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、最低の価格をもって入札書を提出した者以外の者を落札者とすることがある。

- (2) 落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

- (3) 入札者がいないとき、又は再度入札(2回実施)を執行しても落札者がない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定により随意契約をすることができる。

14 契約保証金

- (1) 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
- (2) 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとする。
- (3) 財務規程第174条各号(別記)に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
- (4) 契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。
- (5) 契約保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。

15 契約書等の作成

- (1) 購入契約書（以下「契約書」という。）を作成する場合において、落札者は、発注者が交付する契約書(案)に記名押印し、落札決定の日から7日以内（落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、発注者が指定した期日まで）に契約書の取り交わしを行うこと。
- (2) 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
- (3) 落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書(案)を提出しないときは、落札を取消すことがある。

16 契約条項は、契約書(案)及び財務規程による。

17 当該契約に関する事務を担当する部門は、上記5の(1)と同じである。

福島県病院局財務規程（抜粋）

別記（契約保証金の減免）

第174条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

- (1) 契約の相手方が官公署及び管理者がこれに準ずるものと認める法人であること。
- (2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
- (3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関（次条第2項において「保険会社等」という。）と工事履行保証契約を締結したとき。
- (4) 契約の相手方が、過去2年間に国（予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。以下第192条第1項第2号において同じ。）、地方公共団体又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。第192条第1項第2号において同じ。）とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
- (5) 隨意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
- (6) 1件500万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。

(7)～(12)

（略）

第1号様式
(ファクシミリ送信(番号0248-44-2551))

入札説明書等に関する質問書

令和6年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜 様

入札参加者 住所
商号又は名称 (代表者印省略)
代表者職・氏名

電話番号 (- -)
ファクシミリ ()

案件名	モニタリングシステム 一式		
	質	問	事 項

入札説明書等に関する回答書

令和 6 年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長

案件名	モニタリングシステム 一式		
質問項目			
回答項目			

条件付一般競争入札参加資格確認申請書

令和6年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橘高 一様

(〒)

住 所

(ふりがな)

商号又は名称

印

代表者職・氏名

電 話 番 号 (- -)

F A X 番 号 (- -)

(作成担当者職・氏名)

令和6年1月15日付けで公告ありました調達契約に係る入札参加資格の確認を受けたいので、入札参加に必要な資格要件等について下記のとおり申請します。

なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違なく、かつ、地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当していないことを誓約します。

記

1 参加希望品名 モニタリングシステム 一式

2 物品購入（修繕）競争入札参加有資格者登録について

(1) 登録番号 ()

(2) 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

3 物品購入（修繕）競争入札参加有資格者にかかる参加資格制限の有無について

有 • 無

4 本店、支店又は営業所の所在地（福島県内にある事務所）

※申請者の住所が福島県内の場合は記載不要。

5 添付書類

(1) 納入期限までに必ず納品する旨の確約書（参考様式1）

(2) 納入しようとする物品の構成及び定価に関する資料（参考様式2）

(3) アフターケア及びメンテナンス体制に関する調書（任意様式）

条件付一般競争入札参加資格確認通知書

令和6年 月 日

様

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 印

先に申請のありました条件付一般競争入札参加資格については、下記のとおり確認したので、お知らせします。

記

購入等件名 及び数量	モニタリングシステム 一式	
有		
本公告に係る 入札参加資格 の 有 無	無	
	入札参加資格が ないと認めた 理由	

※1 入札参加資格がないと通知された方は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。

2 この確認通知書は、入札書の開札日に入札執行者から入札参加資格を確認するため提示を求められますので、開札日に必ず持参してください。

入 札 書 (見 積 書)

金額 (税抜)	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名 モニタリングシステム 一式
納入場所 福島県ふくしま医療センターこころの杜
納入期限 令和6年3月29日

上記のとおり入札(見積)いたします。

令和6年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者職・氏名

印

(代理人氏名

印)

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橘高 一様

- 注) 1 入札書として使用する際は、見積書を二重線で消し込むこと。（見積書として使用する場合は、入札書を二重線で消し込むこと。）
2 金額は算用数字で記入し、金額の頭に、￥を付すこと。
3 再度入札（見積）の場合は、入札（見積）書の前に「再」と記入すること。

委任状

私は都合により下記の者を代理人と定め下記事項を委任します。

記

令和6年1月29日に執行される「モニタリングシステム 一式」の入札及び見積に関する一切の権限。

令和6年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橋高 一 様

委任者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印

受任者 職名又は住所
氏 名 印

(代理人が出席する場合に必要)

(参考様式1)

確 約 書

令和6年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橋高 一様

申 請 者 住 所

商号又は名称

代表者職・氏名 印

◎案件名「モニタリングシステム 一式」

本件について受注した際には、指定の納入期日である令和6年3月29日までに製品を必ず納入することを確約いたします。

(参考様式なので、利用する場合の修正等は自由です。)

(参考様式2)

納入しようとする物品の構成及び定価に関する資料

令和6年 月 日

福島県立ふくしま医療センターこころの杜院長 橋高 一様

申請者住所

商号又は名称

代表者職・氏名

◎案件名「モニタリングシステム 一式」

○納入予定製品

メーカー：_____

型式：_____

1 本体価格（付属品含む） (一式計) _____ 円

2 諸経費（搬入、据付、調整等の費用） (一式計) _____ 円

3 合計（1+2） _____ 円

※消費税抜きで値引きなしの定価又は標準価格を記載してください。

(参考様式なので、利用する場合の修正等は自由です。)

購入契約書(案)

品目及び数量 モニタリングシステム 一式

契約金額 金 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)

(注) 「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に10/110を乗じて得た額である。

納入期限 令和6年3月29日
(分納期間)

納入場所・納入方法 福島県立ふくしま医療センターこころの杜(別紙仕様書のとおり)

契約保証金

上記物品を購入するについて発注者「福島県」を甲とし、受注者「
」を乙として次の条項に定めるところにより契約を締結する。

(総則)

第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期限内に頭書の物品を頭書の場所に納入しなければならない。

2 乙は、甲が指示したときは、頭書の期限内に当該物品を分納することができる。

(納入の通知)

第2条 乙は、甲の指定した場所に物品を納入したときは、ただちに納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。

(検査及び引渡し)

第3条 甲は、納入の通知を受けた日から10日以内に乙に立会を求めて物品の検査を行ない、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、甲は、乙に受領書を交付する。

2 乙が前項の検査に立ち会わないときは、甲は、乙の欠席のまま検査をすることができる。

3 甲は、検査をしたときは、すみやかにその結果を書面により乙に通知するものとする。

(不合格品の引取り又は取替え等)

第4条 甲が検査の結果不合格と認めた物品については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充をしなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前2条の規定を準用する。

(所有権の移転)

第5条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けた時に、乙から甲に移るものとする。

2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。

(保証責任)

第6条 乙は、物品を引き渡した後1年間乙の責めに帰すべき事由による物品の契約条件との相違又は引渡前の原因によって生じた物品の品質不良、数量不足、変質その他の瑕疵につき補てんの責めに

任するものとし、かつ、乙は代品の納入、瑕疵の補修若しくは代金の減額のいずれか、又は、代品の納入若しくは瑕疵の補修及び代金の減額につき甲から請求があるときは、これに応ずるものとする。

(有償延期及び遅延利息)

第7条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内（分納の期日を定めたときはその期日まで）に物品の納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。

- 2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。
- 3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
- 4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、納入未済相当額に年2.5%の割合で計算した額（当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる）とする。
- 5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。

(天災地変、不可抗力等による無償延期等)

第8条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内（分納の期日を定めたときはその期日まで）に物品を納入することができないときは、乙は甲に対し、すみやかにその事由を詳記して、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第10条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。

(代金の支払)

第9条 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に完納物品の代金を支払うものとする。

- 2 前項の支払請求書は、第3条第3項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。
- 3 分納の期日を定めたものについて、当該期日内に当該分納部分が納入されたときは、完納とみなして前2項の規定を準用する。

(甲の解除権及び違約金)

第10条 甲は、次の各号の一に該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。

- 一 乙が納期内に物品の持込みを終わらないとき。
- 二 乙が納期内に明らかに物品を納入することができないと認められるとき。
- 三 乙が解除を申し出たとき。
- 四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
- 五 乙が第12条の規定に違反したとき。
- 六 乙が次のいずれかに該当するとき。
 - ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
 - イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいづれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいづれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 甲が前項の規定により契約の全部又は一部を解除したときは、乙は、違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があつた場合において、甲が第1項の規定により契約を解除したときは、乙は、前項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日（乙から解除の申出があつたときは、甲がこれを受理した日）までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。

（契約の変更等）

第11条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第12条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、いかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

（談合による損害賠償）

第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第10条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第2条第9項の規定に基づき不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項で規定する不当廉売にあたる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。

一 公正取引委員会が、乙に違反行為があつたとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、乙に違反行為があつたとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

三 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対し、刑法（明治40年法律第45号）第96条の6の規定による刑が確定したとき。

2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

(遅延利息等の相殺)

第14条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを物品の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。

2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。

(契約外の事項)

第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。

(紛争の解決方法)

第16条 前条に規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

上記の契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和　年　月　日

甲 住 所 福島県西白河郡矢吹町滝八幡100
氏 名 福島県
福島県立ふくしま医療センターこころの杜
代表者 院 長 橋 高 一

乙 住 所
氏 名
代表者

仕 様 書

1 品名及び数量

モニタリングシステムは日本光電工業株式会社製とし、型式及び数量は次のとおりとする。

[内訳]

○医用テレメータ (WE P-1200) [受信機2床分組込済] 1台

付属品

- | | |
|----------------------------|---|
| ・アンテナ基台 (ZA-024P) | 1 |
| ・ネームプレート (DP-120P) | 1 |
| ・架台 (KC-120P) | 1 |
| ・バッテリパック (SB-950P) | 1 |
| ・スタートプラン (#HO-A-WE P 1200) | 1 |

※詳細な仕様内容は別紙のとおり。

○ベッドサイドモニタ (PVM-4761) [レコーダ組込済] 2台

付属品

- | | |
|-----------------------------|---|
| ・インターフェース (QI-470P) | 2 |
| ・バッテリパック (SB-470P) | 2 |
| ・架台 (KC-470P) | 2 |
| ・アダプタ (DH-470P) | 2 |
| ・送信機 (ZS-600P) | 2 |
| ・ホルダ (DI-470P) | 2 |
| ・フック (DZ-470P) | 2 |
| ・フィンガープローブ (B1uPRO) (P225F) | 2 |
| ・マルチYプローブ (B1uPRO) (P205A) | 2 |
| ・TL-260Tクリックアダプタ (P256) | 2 |
| ・スタートプラン (#HO-A-PVM4700) | 2 |

※詳細な仕様内容は別紙のとおり。

2 納入期限

令和6年3月29日 (金)

3 納入場所

福島県立ふくしま医療センターこころの杜
(福島県西白河郡矢吹町滝八幡100)

4 納搬入、設置条件及び調整等に関する事項

- (1) 納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする。
- (2) 納入機器は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、納品すること。また、搬入、納品等を行う際は、当院の希望に沿うよう事前に日程調整を行うこと。
- (3) 電気容量、入力電圧、漏電対策について当院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 保守体制に関すること。

- (1) 当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2) 納品から1年間は機器が正常に稼働するために必要な保守、点検（定期交換部品代を含む。）を無償で行うこと。
- (3) 機器の部品は準備し、適正な価格で提供すること。

6 その他

- (1) 稼働にあたり、契約業者の負担において、当院に操作説明員を派遣し、教育訓練を行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
- (2) 本仕様に明記されていない事項であっても、本機器の運用上必要な事項は、怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。

仕様内容（詳細）

1 医用テレメータ

- 1－1 本体部、ディスプレイ部、受信部、レコーダーが一体型のコンパクトモニタであること。
- 1－2 LCDはダイレクトボンディングであること。
- 1－3 専用架台を準備し、送信機等の収容スペースが確保できる収容ケースを搭載可能のこと。
- 1－4 患者管理に関して最大2人までの管理を行うことが可能であること。
- 1－5 送信機の電池がなくなったときに電池交換アラームを鳴らす機能があること。
- 1－6 ベッドの表示位置をドック＆ドロップ機能で移動可能のこと。
- 1－7 全患者画面で表示されている数値の表示位置をドック＆ドロップで入れ替え可能のこと。
- 1－8 退床中の患者表示枠を非表示にする機能をもつこと。
- 1－9 操作メニューの表示は日本語であること。
- 1－10 個人画面表示時も他患者の心電図波形、心拍数の表示を行うこと。
- 1－11 タッチパネルによる操作が可能であること。
- 1－12 操作性を考慮して専用のMenuキーとHomeキーがあること。
- 1－13 患者名入力に関してはひらがな入力／漢字入力／カタカナ入力／英数字入力が可能であること。
- 1－14 アラーム発生時には、画面表示や音だけでなくディスプレイ上部に付属したLEDによる通知が行え360度のどの角度からも確認できること。
- 1－15 LEDは重症度に応じて3パターン以上の通知パターンを有していること。
- 1－16 アラーム設定は全患者一覧で設定が見えること。また設定もその画面から操作が行えること
- 1－17 データ保存はトレンドグラフ／バイタルサインデータリスト／不整脈リコード／長時間心電図／アラーム履歴／STリコード／STレビューを有すること。
- 1－18 トレンドグラフ・不整脈リコードに関して1患者に対して14日分のデータを記憶可能であること。
- 1－19 リスト表示の際に、発生時間、不整脈種類、圧縮波形が表示されること。
- 1－20 長時間波形に関して1患者に対して14日間以上の1波形を記憶可能であること。
- 1－21 解析項目は24種類以上であること。
- 1－22 A-FIB解析を有すること。
- 1－23 退床した患者のデータは最大14日間保存できること。
- 1－24 アラーム発生状況を確認出来る画面を持つこと。
- 1－25 入床中、退床中ともに患者の波形データを含めて保存が可能のこと。
- 1－26 保存データは最大24時間のデータが保存できること。
- 1－27 記録に関して測定している波形を3ch同時記録することが可能なサーマルアレイレコーダーを有すること。

- 1-28 ベッドサイドモニタ及び送信機により測定されたデータを無線にて通信できる機能を有し無線による通信は電波法に定められた小電力医用テレメータに準拠し、デジタルA型であること。
- 1-29 既存のベッドサイドモニタ及び送信機の受信が可能であること。

2 ベッドサイドモニタ

- 2-1 本体部、ディスプレイ部、生体情報入力部が一体型のコンパクトモニタであること。
- 2-2 ディスプレイ部は、対角10.4インチ以上、解像度800×600dot以上の液晶ディスプレイであること。
- 2-3 画面は埃などが溜まりにくいフラットな構造であること。
- 2-4 メニュー画面は「詳細画面」と「簡易画面」の切り替えが可能であること。
- 2-5 タッチパネルによる操作が可能であること。
- 2-6 どの画面からでもワンタッチで基本画面に戻ることのできるホームキーを有していること。
- 2-7 測定項目に関して心電図／呼吸／経皮的動脈血酸素飽和度／非観血血圧／体温の測定が可能であること。
- 2-8 心電図測定に関して解析項目は24種類以上であること。
- 2-9 心拍同期をディスプレイ上部に付属したLEDによる光にて表示することができるうこと。
- 2-10 リューザブルセンサは、薬液などに汚れても水洗い／浸漬消毒できる防水構造であること。
- 2-11 非観血血圧測定に関して加圧時測定方式を有していること。
- 2-12 データ保存はトレンドグラフ／バイタルサインデータリスト／不整脈リコール／アラーム履歴／長時間波形保存機能を有すること。
- 2-13 120時間分のデータを記憶可能であること。
- 2-14 測定データをセントラルモニタへ電波法に定められた特定小電力医用テレメータに準拠したデジタルA型にて無線通信できる機能を有すること。
- 2-15 操作をガイドするガイド機能を有していること。
- 2-16 搬送を考慮してバッテリーによる6時間以上の動作が可能であること。