

# 福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について 第3報

令和6年8月8日  
福島県危機管理部放射線監視室  
福島県総務部私学・法人課  
福島県文化スポーツ局スポーツ課  
福島県こども未来局こども・青少年政策課  
福島県教育委員会健康教育課

県では平成23年度より県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プール水のモニタリングを実施しており、今年度も5月から8月まで調査を実施します。調査結果については、随時公表してまいります。

(今回報告分の概要)

**全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値(10Bq/kg)を下回っていました。**

## 1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (6月26日～7月18日採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	15

## 2 調査結果

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計調査済み施設数
管理目標値(10Bq/kg)未満	15	83
管理目標値(10Bq/kg)以上	0	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値(放射性セシウム(セシウム-134とセシウム-137の合計)10Bq/kg)で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
1	6月27日	県中	郡山市	学校法人本田学園 柴宮幼稚園	15mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.88 )	不検出	( 0.69 )
2	7月1日	相双	相馬市	相馬市立中村第二小学校	プール	管理目標値未満	不検出	( 0.79 )	不検出	( 0.79 )
3	6月26日	県南	矢吹町	福島県立光南高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.91 )	不検出	( 0.81 )
4	7月8日	県北	福島市	福島市森合市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.85 )	不検出	( 0.82 )
5	7月8日	県北	福島市	福島市森合市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.78 )	不検出	( 0.79 )
6	7月10日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.87 )	不検出	( 0.75 )
7	7月16日	南会津	南会津町	伊南町民プール	大プール	管理目標値未満	不検出	( 0.84 )	不検出	( 0.78 )
8	7月16日	南会津	南会津町	伊南町民プール	小プール	管理目標値未満	不検出	( 0.87 )	不検出	( 0.67 )
9	7月16日	南会津	南会津町	館岩町民プール	大プール	管理目標値未満	不検出	( 0.66 )	不検出	( 0.63 )
10	7月16日	南会津	南会津町	館岩町民プール	小プール	管理目標値未満	不検出	( 0.93 )	不検出	( 0.72 )
11	7月18日	県北	伊達市	伊達市立小国小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.87 )	不検出	( 0.87 )
12	7月18日	県北	伊達市	伊達市立伊達中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.83 )	不検出	( 0.83 )
13	7月16日	いわき	いわき市	社会福祉法人 かべや保育園	6mプール	管理目標値未満	不検出	( 0.75 )	不検出	( 0.75 )
14	7月16日	南会津	南会津町	びわのかげプール	大プール	管理目標値未満	不検出	( 0.83 )	不検出	( 0.63 )
15	7月16日	南会津	南会津町	びわのかげプール	小プール	管理目標値未満	不検出	( 0.96 )	不検出	( 0.71 )

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。

※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。