

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
29品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	川俣町(旧富田村)	R6.9.13	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	川俣町(旧小綱木村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	田村市(旧移村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	田村市(旧移村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	田村市(旧移村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	田村市(旧山根村(大越町))	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	田村市(旧山根村(大越町))	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	田村市(旧山根村(大越町))	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	田村市(旧都路村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	田村市(旧都路村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	田村市(旧都路村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	西郷村(旧西郷村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	西郷村(旧西郷村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	塙町(旧笹原村)	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	田村市(旧芦沢村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	田村市(旧芦沢村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	田村市(旧芦沢村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	田村市(旧文珠村)	R6.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	田村市(旧文珠村)	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	田村市(旧七郷村(船引町))	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	田村市(旧七郷村(船引町))	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	田村市(旧七郷村(大越町))	R6.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	田村市(旧七郷村(大越町))	R6.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	田村市(旧七郷村(大越町))	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	小野町(旧飯豊村)	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	金山町(旧川口村)	R6.9.13	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	昭和村(旧昭和村)	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	昭和村(旧昭和村)	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	昭和村(旧昭和村)	R6.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)