

# 仕様書

## 1 品目及び数量

生化学・免疫統合型自動分析装置 コバスpure303/402

## 2 規格

ロシュ・ダイアグノスティックス 生化学・免疫統合型自動分析装置 コバスpure303/402（オルガノ純水装置含む）	1式
---	----

## 3 納搬入、設置条件及び調整等に関すること

- (1) 納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする。  
(設置に係る工事費、調整費、接続費、旧装置撤去費等を含む)
- (2) 納入器機は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、転倒防止策を講じた上、納品すること。  
また、搬入、納品を行う際は、当院の希望に沿うように日程調整を行うこと。
- (3) 電気を使用する器機については、電気容量、入力電圧、漏電対策を当院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 4 保守体制に関すること

- (1) 当院から要請があった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2) 納品から1年間は器機が正常に稼働するために必要な保守、点検（定期交換部品を含む）を無償で行うこと。
- (3) 器機の部品は準備し、適正な価格で提供すること

## 5 その他

- (1) 稼働に当たり、落札者の負担において当院に操作説明員を派遣し、教育訓練を行うこと。  
また、その後必要に応じて派遣又は電話の対応等の体制を確保すること。
- (2) 本仕様に明記されていない事項であっても、本器機の運用上必要な事項は、怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。